

学校給食提供食の放射線量の測定結果

検査方法

(公益財団法人) 福島県保健衛生センターに委託
 ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析
 測定時間1,000秒
 学校給食で実際に提供した給食1食分を測定
 検体は毎日、南相馬市内の学校給食施設から採取

検査結果と内部被ばくの実効線量

給食センター

提出期間(日数) 実施校名	合計重量 (1食あたり摂取量) (g)	測定結果(Bq/Kg)		検出下限値	内部被ばくの実効線量 (mSv)
令和7年4月8日	497	放射線セシウム134	検出せず	<0. 681	0~0. 009 (mSv未満)
		放射線セシウム137	検出せず	<0. 729	
令和7年4月9日	493	放射線セシウム134	検出せず	<0. 688	0~0. 008 (mSv未満)
		放射線セシウム137	検出せず	<0. 571	
令和7年4月10日	494	放射線セシウム134	検出せず	<0. 780	0~0. 010 (mSv未満)
		放射線セシウム137	検出せず	<0. 848	
令和7年4月11日	495	放射線セシウム134	検出せず	<0. 515	0~0. 008 (mSv未満)
		放射線セシウム137	検出せず	<0. 777	

教育委員会事務局学校教育課
 〒975-8686
 南相馬市原町区本町二丁目27
 南相馬市市役所2階
 電話:0244-24-5283
 FAX :0244-23-7782
[E-mail:gakkokyoiku@city.minamisoma.lg.jp](mailto:gakkokyoiku@city.minamisoma.lg.jp)